

PITANJA:

1. Da li su za stavke 6 i 8 prihvatljivi PCR nastavci sa filterom normalne dužine za zapremine do 20 µl i do 1000µl?
2. Da li je za stavke 5-8 prihvatljivo da nastavci budu upakovani u klasičnu kutiju, bez šarki?
3. Tražili ste na Poziciji 2. jedno pakovanje PCR strip optičkih tubica od 0,2 ml koje sadrži 125 komada. Da li je prihvatljivo da Vam ponudimo 1 pakovanje PCR strip optičkih tubica od 0,2 ml koje sadrži 120 komada?
4. Tražili ste na Poziciji 3. jedno pakovanje optičkih poklopaca za PCR strip optičke tubice od 0,2 ml koje sadrži 125 komada. Da li je prihvatljivo da Vam ponudimo 1 pakovanje PCR strip optičkih poklopaca za tubice od 0,2 ml koje sadrži 120 komada?

ODGOVORI:

1. Nisu prihvatljivi PCR nastavci sa filterom normalne dužine, moraju biti dugi zbog male zapremine sadržaja.
2. Kutija treba biti tako konstruisana da može biti praktična za otvaranje i zatvaranje. Najbolje je da uz ponudu pošaljete sliku ili uzorak koji ćemo po završetku postupka vratiti.
3. Odgovor na pitanja 3 i 4
Ne možete ponuditi manje pakovanje ni optičkih tubica, ni optičkih poklopaca, jer će u tom slučaju vaša ponuda biti neuporediva sa ostalim ponudama, a nabavka je formirana u partiju, kako je navedeno u konkursnoj dokumentaciji.