

Питање:

У вези са конкурсном документацијом за ЈНМВ 08-14 (ваш бр. 08-14/ЈНМВ од 14.5.2014.г.) молимо вас за коментар/измену/допуну Спецификације услуге еталонирања за Партију 4. Мерила за мерење буке.

С обзиром на то да захтевате еталонирање акустичког калибратора у ставкама Опсег мерења Класа тачности и Опсег еталонирања/Радни опсег Вас молимо да наведете тачан опсег за који желите да Вам се изврши еталонирање, јер акустички калибратор није могуће еталонирати у целом опсегу (20 - 140) dB како захтевате конкурсном документацијом.

Такође Вас молимо да тачније опишете шта подразумевају пратећи трошкови, с обзиром на то да конкурсном документацијом нисте специфицирали да ли наручилац доставља мерило на еталонирање или понуђач долази по њега код наручиоца.

Одговор:

У конкурсној документацији Партија 4. – Мерила за мерење буке, постоји штампарска грешка. У обе колоне уместо 20-40 dB треба да пише 94 dB. Молимо Вас да уважите исправку.

Пратећи трошкови су стављени на крају сваке партије, а подразумевају: путне трошкове, дневнице и слично. Путни трошкови се односе на еталонирање опреме која не може да се носи у лабораторију за еталонирање (превоз ЗЈЗС), већ се еталонирање врши у Заводу за јавно здравље Суботица. Уколико понуђач добије уговор за две или више партија, а еталонирање се изврши у једном доласку у ЗЈЗС, пратећи трошкови се рачунају само за једну партију.