

PITANJE:

Molimo Vas da nam date pojašnjenje po konkursnoj dokumentaciji T 01/14, partija 8. Da li test kivete opsega merenja 10-150mg/l treba da budu sa živom ili bez žive (Hg free)?

Kataloški broj kiveta sa živom je C3/25,tj 252070 a kataloški broj kiveta bez žive (Hg free) je 09772, tj 250301.

Kataloški broj koji ste naveli u specifikaciji ne odgovara nijednom od kataloških brojeva ponuđenih u katalogu proizvođača. Kataloške oznake koje smo mi naveli su jedine za opseg koji ste tražili.

Molimo vas da nam odgovorite na koje ste kivete za COD mislili.

ODGOVOR:

Test kivete treba da budu sa živom, kataloški broj C3/25 odnosno 252070.