

PITANJE:

U okviru Javne nabavke 02/15, za partiju 4- Diskovi za ispitivanje rezistencije na antibiotike, za poziciju 21. EDTA + Meropenem nije definisana koncentracija traženog proizvoda. Zamolili bi Vas da navedete koncentraciju antibiogram diska koja Vam je potrebna za rad.

ODGOVOR:

U partiji 4, pozicija 21 EDTA + MEROPENEM, potrebna je koncentracija 10 + 930.