

1. PITANJE:

U stavkama 2, 3 i 4 su navedeni kataloški brojevi proizvođača Agilent koji se odnose na QUECHERS-e sa keramičkim homogenizatorima.

Da li mogu biti ponuđeni QUECHERS-i iste specifikacije i kvaliteta bez keramičkih homogenizatora, koji su specifični za pomenutog proizvođača?

1. ODGOVOR

Ne, jer procedura pripreme uzorka podrazumeva quechers-e sa keramičkim homogenizatorom.

2. PITANJE

U partiji 4, stavke 2, 3 i 4 se odnose na QUECHERS-e sa keramičkim homogenizatorima, prema kataloškom broju proizvođača Agilent. Da li se umesto tih homogenizatora mogu ponuditi staklene perle prečnika 5mm? Da li će biti prihvaćena ponuda bez homogenizatora?

2. ODGOVOR

Staklene perle nemaju iste fizičke osobine kao keramika, te se ne mogu ponuditi. Ponuda bez homogenizatora neće biti prihvaćena, jer neće odgovarati traženim karakteristikama.