

Питања:

1. Партија 10, ставка 7: Да ли је прихватљиво понудити тиквицу по Кјелдалу 250 мл са шлифом 24/29 уместо 29/32, и уколико није наведите каталошки број и произвођача?
2. Партија 10, ставка 8: Да ли је прихватљиво понудити нормални суд 50 мл са шлифом 12/21 уместо 24/29, и уколико није наведите каталошки број и произвођача?

Одговори:

1. Тиквица по Кјелдалу од 250 мл мора имати шлиф 29/32, јер и наставци по Кјелдалу који се користе при састављају апаратуре имају шлиф 29/32. Произвођач није битан.
2. У конкурсној документацији је направљена штампарска грешка, те уместо шлифа 24/29 треба да стоји 14/23. Шлиф 12/21 је преузак. Произвођач није битан.