

PITANJA:

Povodom konkursne dokumentacije za javnu nabavku dobara u otvorenom postupku T 03/16

„LABORATORIJSKI POTROŠNI MATERIJAL“ imamo pitanja koja se odnose na:

- a) Partiju br. 6 / Poz. Br. 1, 2 i 3 – Ove pozicije nedostaju u konkursnoj dokumentaciji.
- b) Partiju br. 6 / Poz. Br. 5, 6, 7 i 8 – Trebaju li Vam nastavci za pipete sa filterom ili bez filtera?
- c) Partiju br. 6 / Poz. Br. 10 – Trebaju li Vam sterilne rukavice sa talkom ili bez talka?
- d) Partiju br. 6 / Poz. br. 12 – Trebaju li Vam poklopci za stripove sa ravnim (flat) ili oblim (domed) profilom?

ODGOVOR:

- a) Potkrala se greška, te je numeracija stavki započeta od broja 4. Partija sadrži ukupno 9 stavki.
- b) Pošto se radi o potrošnom materijalu za PCR aparat, svi nastavci za pipete moraju biti sa filterom.
- c) Potrebne su sterilne rukavice bez talka.
- d) Potrebni su poklopci za stripove sa ravnim profilom.