

Pitanje 1:

U Specifikaciji potrebne opreme T06/2018 stoji: Uzorkivačka cev od nerđajućeg čelika tip V2A koja je izolovana od ambijentalnih uticaja i omogućava uslove uzorkovanja u skladu sa EN 12341.

Da li je prihvatljivo ponuditi Sempler koji ima uzorkivačku cev koja je od Eloksiranog aluminijuma?

Odgovor 1:

Ne, Naručilac ostaje pri svom zahtevu iz tehničke specifikacije.

Pitanje 2:

U Specifikaciji potrebne opreme T06/2018 stoji: Digitalni displej i jednostavna tastatura.

Da li je prihvatljivo ponuditi unapređen sistem upravljanja Semplerom, tj Sempler koji ima digitalni displej i JOG DIAL (Dzostik)? Slika unapređenog sistema upavljanja sa semplerom, odnosno kontrolne table sa JOG DIAL sistemom i kraćim opisom rada je u prilogu.

Odgovor 2:

Može da se prihvati.

Pitanje 3:

U Specifikaciji potrebne opreme T06/2018 stoji: USB2.0 interfejs.

Da li je prihvatljivo ponuditi Sempler koji ima SD Card interfejs?

Odgovor 3:

Može se prihvatiti uz obavezu isporučioca opreme da dostavi USB stik koji ima mogućnost čitanja SD kartice.

Pitanje 4:

U Specifikaciji potrebne opreme T06/2018 stoji: USB stik za memorisanje podataka i rezultata i prenos sa semplera na ručunar/u laboratoriju.

Da li je prihvatljivo ponuditi USB stik koji je i čitač SD kartica (koje se koriste za memorisanje podataka i rezultata i prenos sa semplera na računar/u laboratoriju)?

Odgovor 4:

Može se prihvatiti.

Pitanje 5:

U Specifikaciji potrebne opreme T06/2018 stoji: Nizak nivo buke pumpe u skladu sa DIN 2058, manji od 35dB na 8 metara.

Da li je prihvatljivo ponuditi Sempler čiji je nivo buke manji od 36dB na 8 metara (u skladu sa DIN EN 3744:2010), odnosno da li je potreban sertifikat koji to dokazuje?

Odgovor 5:

Može se prihvatiti, a kao dokaz se prihvata katalog proizvođača opreme sa tehničkim karakteristikama same ponuđene opreme. Sempleri čiji su nivoi buke manji od 35dB odnosno 36dB zadovoljavaju granične vrednosti nivoa buke u životnoj sredini čak i za akustičke zone sa najnižim dozvoljenim nivoom buke od 45dB za noćni period.