

PITANJE

partija 3 – potrošni materijal i pribor za PCR

poz.1 i 2 – tubice i poklopci u stripovima - da li je prihvatljivo ponuditi pakovanja od 120 stripova (120x8), umesto pakovanja od 125 stripova (125x8), tako da se zadovolji ukupna tražena količina za isporuku od 2500 stripova.

poz. 3 – nastavci sa filterom 0.2-20ul - da li potreban uži tip nastavka do 20ul gde se filter nalazi u vrhu (ukupan volumen nastavka bez filtera je 20ul) ili je potreban veći tip nastavka koji je sa širom krunicom gde je filter postavljen nisko (ukupan volumen nastavka bez filtera je 200ul, koristi se na pipetama 100ul-200ul)?

ODGOVOR

pozicija 1 i 2 – Bitno je da se zadovolje ukupno tražene količine, tako da se može ponuditi pakovanje od 120 stripova

pozicija 3 – potreban je veći tip nastavka gde je filter postavljen nisko