

PITANJE:

Upućujemo Vam zahtev za dodatnim informacijama i pojašnjenjima konkursne dokumentacije, JN T03/19.

Partija br. 27 stavka 34 - Da li je prihvatljivo ponuditi porcelanske teglice za žarenje dimenzija 54 x 65 mm, zapremine 100 ml ili dimenzija 43 x 53, zapremine 50 ml?

Partija br. 27 stavka 44 - Da li ste pod dimenzijama staklenog štapića mislili na 5 mm x 40 cm? Ukoliko nije greška u konkursnoj dokumentaciji i ukoliko je u pitanju dimenzija 5 x 40 mm, molimo Vas da nam dostavite kataloški broj proizvođača?

ODGOVOR:

Partija 27 stavka 34 – prihvatljivo je ponuditi porcelanske teglice za žarenje dimenzija 54 x 65 mm, zapremine 100 ml.

Nije prihvatljivo ponuditi porcelanske teglice za žarenje dimenzija 43 x 53, zapremine 50 ml.

Partija 27. stavka 44 – u pitanju su dimenzije 5 x 40 mm. Nemamo kataloški broj proizvođača niti je bitan proizvođač, nego je to zahtev laboratorija koja koristi štapiće.