

PITANJE:

Upućujemo Vam zahtev za dodatnim informacijama i pojašnjenjima konkursne dokumentacije, JN T03/19

Partija br. 27 stavka 14 - Da li je prihvatljivo da levak za filtriranje bude prečnika 55 mm, dužina cevi 55 mm i spoljni prečnik cevi 8 mm?

ODGOVOR:

Nije prihvatljivo da levak za filtriranje bude prečnika 55 mm, dužina cevi 55 mm i spoljni prečnik cevi 8 mm.