

PITANJE:

Molim Vas za pojašnjenje zahteva kod stavke 3 partije partije 5:

Da li je moguće ponuditi test sa zapreminom reakcije 30 µl, umesto traženih 50 , kao i da li je moguće ponuditi test sa detekcijom signala na kanalima FAM i JOE umesto traženih ROX i FAM ?

ODGOVOR:

Ne, mora se ispoštovati tražena specifikacija.