

PITANJE:

Molim Vas za pojasnjenje u vezi javne nabavke br. 06/19, partija 8 – Kontrola sterilizacije:

Stavka 3 – Traka za kontrolu suve sterilizacije (radni uslovi 180 stepeni celzijusa):

Molim Vas za pojasnjenje koja tačno traka Vam je potrebna:

- Traka za kontrolu suve sterilizacije 19mmx50m, 1/1
- Traka za kontrolu suve sterilizacije sa samolepljivim indikator nalepnicama, 1/1000

ODGOVOR:

Potrebna je traka u rolni za kontrolu suve sterilizacije sa samolepljivim indikator nalepnicama, 1/1000.